



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Περιγραφή | MacConkey Agar No.3 90mm 1x10 |
| Κωδικός | 700-103-AC09010 |
| Αριθμός Παρτίδας | 103071 |
| Ημερομηνία Παραγωγής | 12/03/2024 |
| Ημερομηνία Λήξης | 04/06/2024 |

| Φυσικά Χαρακτηριστικά | Αποτέλεσμα | Προδιαγραφή |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Χρώμα - εμφάνιση | αποδεκτό | διαυγές ροζέ |
| pH (25°C) | 7,2 | 7,0 – 7,4 |
| Ποσότητα Διαμοιρασμού | αποδεκτό | 20 ± 2 gr |
| Ομοιομορφία Κατανομής | αποδεκτό | ομοιόμορφο βάθος |
| Ελαστικότητα | αποδεκτό | υψηλή |
| Επιφάνεια | αποδεκτό | επίπεδη |

| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Προδιαγραφή | Μεθοδολογία |
|---|-------------------|---|-----------------------------------|
| <i>E. coli</i> ATCC®25922 36°C / 24 hrs | αποδεκτό | καλή ανάπτυξη κόκκινες αποικίες / κόκκινη άλω | παράλληλων γραμμών (streaking) |
| <i>P. aeruginosa</i> ATCC®27853 36°C / 24 hrs | αποδεκτό | καλή ανάπτυξη μπεζ αποικίες | παράλληλων γραμμών (streaking) |
| <i>P. mirabilis</i> ATCC®29906 36°C / 24 hrs | αποδεκτό | καλή ανάπτυξη γυαλιστερές μπεζ – καφέ αποικίες αναστολή ερπισμού | παράλληλων γραμμών (streaking) |
| <i>E. faecalis</i> ATCC®19433 36°C / 24 hrs | αποδεκτό | πλήρης αναστολή | παράλληλων γραμμών (streaking) |

Σελίδα 1 από 2

ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α.Φ.Μ.: 094178060, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Γ.Ε.ΜΗ.: 386501000,
Θερμοπυλών 4, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 68 54 400, Fax: 210 68 58 303
<http://www.arnaoutis.gr>, e-mail: info@arnaoutis.gr
Αρ. Μητρώου Παραγωγών (ΑΜΠ): 7985



| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Προδιαγραφή | Μεθοδολογία |
|---|------------|-----------------------|---|
| <i>E. faecalis</i> ATCC®29212 36°C / 48 hrs | αποδεκτό | πλήρης αναστολή | παράλληλων γραμμών (streaking) |
| <i>S. aureus</i> ATCC®25923 36°C / 24 hrs | αποδεκτό | πλήρης αναστολή | παράλληλων γραμμών (streaking) |
| Έλεγχος επιμολύνσεων | αποδεκτό | εντός αποδεκτών ορίων | σύμφωνα με το EN ISO 12322:1999 και δειγματοληψία σύμφωνα με το ISO 2859-1 |

Αριθμός Πιστοποιητικού Ελέγχου Εργαστηρίου Αναφοράς: 150305

Η παραγωγή του προϊόντος έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015.

Ο έλεγχος ποιότητας του τελικού προϊόντος (έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών και οι μικροβιολογικές αναλύσεις) διενεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12322:1999 και EN ISO 11133:2014, σε εργαστήριο διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ σε Μικροβιολογικές Αναλύσεις. Τα ανωτέρω αποτελέσματα προέρχονται από τον έλεγχο αντιπροσωπευτικού δείγματος της παρτίδας ο οποίος διενεργήθηκε πριν την απελευθέρωση της παρτίδας.

Ημερομηνία: 21/03/2024

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο: Άγγελος - Βύρων Αρναούτης

Θέση: Δ/νων Σύμβουλος

Σελίδα 2 από 2